



工程名稱:67館148實驗室02偵

編號:2026030113

測器安裝

施作地點:67館1F 148室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	隔離線	22AWG*4C(2P)			
2	LED三色燈	LED桿式三色燈+蜂鳴器			
二、施工中查核					
1	施工防護	佩戴手套與安全帽			
三、完工驗收					
1	02 監控程式新增	1. 監控軟體點數新增功能測試含校正 2. 警報功能測試正常			
2	現場警示	現場警示燈與蜂鳴器動作測試正常			
3	02 安裝保固書	完工後，保固一年			
規劃人員：彭武捷			查核人員：		
擬定日期：2026/03/20			查核日期：		
部門主管：陳偉豪			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。