項次	儀器名稱	廠牌 / 型號	識別號碼 / 序號	認證標誌	遊校	數量	單價	金額
001	溫度指示錶(電阻溫度計)	HERZOG/HCP852	148521033	ILAC MRA/A2LA	V	1		
		前次報告A42510230201;遊校，標準溫度校正PT-100，校正點:(-40、-30、-27、-24、-21、-18、-15、-12、-9、-6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、30、45、54) ℃。，顧客提供主機專用接頭★※工程師請看接頭照片，要帶適合的線材去接※;要求:±1 ℃						
002	刻度容器(100 mL離心管)	NORMALAB/(0.05 to 100) mL	100DWS07	ILAC MRA/A2LA		1		
		;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10、0.5、100) mL。(校正標籤貼儀器上);允收: 0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL/ 0.50 ± 0.05 mL / 100.00 ±1.00 mL要求:請見備註						
003	刻度容器(100 mL離心管)	NORMALAB/(0.05 to 100) mL	100DWS08	ILAC MRA/A2LA		1		
		;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10、0.5、100) mL。(校正標籤貼儀器上);允收: 0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL/ 0.50 ± 0.05 mL / 100.00 ±1.00 mL。要求:見備註						
004	刻度容器(100 mL離心管)	NORMALAB/(0.05 to 100) mL	100DWS10	ILAC MRA/A2LA		1		
		;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10、0.5、100) mL。(校正標籤貼儀器上);允收: 0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL/ 0.50 ± 0.05 mL / 100.00 ±1.00 mL。要求:見備註						
005	刻度容器(100 mL離心管)	NORMALAB/(0.05 to 100) mL	100DWS11	ILAC MRA/A2LA		1		
		;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10、0.5、100) mL。(校正標籤貼儀器上);允收: 0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL/ 0.50 ± 0.05 mL / 100.00 ±1.00 mL。要求:見備註						
006	刻度容器(100 mL離心管)	SETA/(0.05 to 100) mL	100DWS02	ILAC MRA/A2LA		1		
		前次報告A42511030302，校正點不同;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10) mL。(校正標籤貼儀器上);要求:0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL						
007	刻度容器(100 mL離心管)	SETA/(0.05 to 100) mL	100DWS04	ILAC MRA/A2LA		1		
		前次報告A42511030304，校正點不同;規格:(0.05 to 100) mL，2點3次:(0.05、0.10) mL。(校正標籤貼儀器上);要求:0.05 mL±0.02 mL / 0.10 mL±0.02 mL						
		/						
		/						