
『委託製作組裝微生物培養箱體氣密門模組』

(一).模組架構組合圖



(二).功能規格

1. 機製加工零件材質：金屬部份使用鋁合金(表面陽極或硬陽處理)或 SUS316，SUS304 等不銹鋼(表面脫脂去油汙清潔)。
2. 機製加工零件非金屬材料使用鐵氟龍或 PVC 或其他指定材料。
3. 零件加工與表面處理須符合無塵室 Class 1000 或 ISOB 等級之要求。
4. 使用之油脂必須有 NSF-H1 認證，符合無毒,低發塵,耐高溫,耐酸鹼之標準。
5. 製作數量：1 組。

(三).工研院負責事項：

1. 提供承包廠商組裝加工諮詢。
2. 提供承包廠商 3D 組合設計圖(不包含零件圖)。
3. 提供承包廠商標準五金零件規格清單。

(四).承包廠商負責事項：

1. 負責依據工研院所提供之組合圖進行零件圖繪製。
2. 負責全部的機製零件加工。

3. 負責依據工研院所提供之組合圖進行機構模組組裝
4. 負責組裝過程中因設計變更所需必要之修改。
5. 組裝須符合功能/精度規格。
6. 負責全部之市購品(氣壓缸、浮動接頭、密封墊、光纖感測器...等)。
7. 負責組裝所需之必要之五金零件(包含：不銹鋼螺絲、墊圈、潤滑油...等)。

(五).驗收交貨方式

1. 動作正常無干涉情形，並符合功能規格要求。
2. 模組之外觀尺寸符合模組設計圖之要求。
3. 交貨地點:工研院南分院六甲院區(運費由廠商負責)。
4. 廠商提供一年保固並負維護之責任。
5. 如因廠商加工或組裝不良所造成之問題，廠商須負責無條件改善之責任。

(六).其他事項

1. 本模組之智慧財產權及專利權屬於工研院(以下簡稱甲方)所擁有，非經由甲方授權，承包廠商(以下簡稱乙方)不得自行複製及販售。甲方所交付乙方有關本模組之任何資料文件皆屬機密，非經甲方書面同意，乙方不得私自複印及洩漏給第三者，並要求其乙方員工確實遵守上述規定。
2. 本案之費用包含以上所列「承包廠商負責事項」之內容中所有市購品之採購、機製件之製造加工、模組組裝、修改之費用及乙方交貨之運費。
3. 乙方於本案結案後須返還工研院所交付之圖面、文件。
4. 雙方未明確定義或變更之事項，日後得以會議方式協調訂定之。