

採 購 規 範 書

品 名：

自動滴定儀校驗

評 估 者： 陳軒平

直屬主管： 冉菁菁 經理

自動滴定儀校驗請購規範

1、送校設備：

自動滴定儀；型號：Titrino 736

2、交付文件：本次校驗及維修內容，廠商應檢附以下文件，以茲證明校驗品質：

(1) 校正報告書

3、交貨日：

依據工研院採購訂單內明訂之「需用日期」為主。

4、校正與維修要求：

(1) 校正報告書需備下列校正數據：

a. 1N NaOH - system components、test parameters、results、auxiliaries、balance report (10ml滴定管)。

b. 1N HCL - system components、test parameters、results、auxiliaries、balance report (20ml滴定管)。

(2) 校正報告格式因校正實驗室”查證”或”換證”時，校正項目有所調整，應檢附轉換說明即客觀證明文件說明。

(3) 請檢附校正人員與簽核主管之校正資格證明文件。

(4) 請檢附維修項目List與維修報告書。

5、驗收標準：

核發校正報告之實驗室需通過國際、區域或國家標準等公認機構認證合格之校正實驗室。