



工程名稱: 67 館 134 室實驗室

編號: 2026100015

02 偵測器請購

施作地點: 67 館 134 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
三、完工驗收					
1	02 偵測器	Gastor 氧氣偵測器 Model : GD/SG-024CD, EM, R , SP (非防爆型) O2 : 0~25%VOL 偵測原理: 電化學式 輸出訊號: 4~20mA 顯示方式: LED 數字 顯示警報接點輸出 附: 聲光蜂鳴器			
規劃人員: 彭武捷			查核人員:		
擬定日期: 2026/10/07			查核日期:		
部門主管: 陳偉豪			部門主管:		

查核內容之大項分類如: 材料查核、施工中查核、完工驗收等, 得以依工程案件需要調整。